КАЛИБРАТОР АНТИСТРЕПТОЛИЗИН “O” (anti-streptolysin O calibrator) 1107012

Калибратор для использования при определении антистрептолизина “O” в сыворотке человека.

IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2–8°C.

Код: 1107012 1x2 мл

Лот (№ партии): _____ Срок хранения (Exp. Date): _____

ХАРАКТЕРИСТИКА

Калибратор антистрептолизина “O” (АСЛО – ASO) представляет собой жидкую сыворотку человека для использования в турбидиметрическом или нефелометрическом методах определения антистрептолизина “O”.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Стабилен вплоть до указанной даты при температуре 2-8°C в неповрежденной упаковке.

ВНИМАНИЕ

Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный результат на HBsAg и антитела к ВИЧ методами, одобренными FDA.

СОСТАВ

Калибратор антистрептолизина “O”.	20 МЕ/мл

Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона (эти значения могут отличаться в разных партиях).