## КАЛИБРАТОР ФЕРРИТИНА (ferritin calibrator) 1107042

*Калибратор для использования при определении ферритина в сыворотке человека.*

**IVD** (для диагностики in vitro) Хранить при 2–8°C.

Код: 1107042 1x3 мл

Лот (№ партии): _____ Срок хранения (Exp. Date): _____

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

Калибратор ферритина представляет собой жидкую сыворотку человека для использования в турбидиметрическом или нефелометрическом методах определения ферритина.

**ПОДГОТОВКА**

Разведите (→) с 3,0 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешайте и инкубируйте при около 10 минут перед тестированием.

**ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ**

До разведения стабилен вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении в плотно закрытом флаконе при 2-8°C. Не используйте калибратор после окончания срока годности.
После разведения стабильность до 1 месяца при 2-8°C или 3 месяца при–20°C.

**ВНИМАНИЕ**

Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный результат на HBsAg и антитела к ВИЧ методами, одобренными FDA.

**СОСТАВ**

| | |
|---|---|
| Калибратор ферритина . . . . . | 295 мкг/л |

Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона (эти значения могут отличаться в разных партиях).

## КОНТРОЛЬ ФЕРРИТИНА (control ferritin) 1107044

**IVD** (для диагностики in vitro) Хранить при 2–8°C.

Код: 1107044 1x2 мл

Лот (№ партии): _____ Срок хранения (Exp. Date): _____

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

Контроль ферритина представляет собой жидкую человеческую сыворотку. Контроль предназначен для контроля правильности и точности в турбидиметрическом и нефелометрическом методах определения ферритина в сыворотке человека.

**ПОДГОТОВКА**

Разведите (→) с 2,0 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешайте и инкубируйте при около 10 минут перед тестированием.

**ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ**

До разведения стабилен вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении в плотно закрытом флаконе при 2-8°C. Не используйте контроль после окончания срока годности.
После разведения стабильность до 1 месяца при 2-8°C или 3 месяца при–20°C.

**ВНИМАНИЕ**

Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный результат на HBsAg и антитела к ВИЧ методами, одобренными FDA (Food and Drug Administration).

| | Среднее значение | Диапазон | Единицы измерения |
|---|---|---|---|
| Концентрация ферритина | 100 | 90-110 | мкг/л |

Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона (эти значения могут отличаться в разных партиях).