КАЛИБРАТОР IgE (Calibrator IgE) 1107052

Калибратор для использования при определении иммуноглобулина E (IgE) в сыворотке человека.

IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2–8°C.

Код: 1107052 1x1 мл

Лот (№ партии): _____ Срок хранения (Exp. Date): _____

ХАРАКТЕРИСТИКА

Калибратор IgE представляет собой жидкую человеческую сыворотку. Калибратор предназначен для использования в турбидиметрическом методе определения иммуноглобулина E (IgE) в сыворотке человека.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Стабилен вплоть до указанной даты (Exp. Date) при температуре 2-8°C в неповрежденной упаковке. После открытия стабильность 30 дней.

ВНИМАНИЕ

Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный результат на HBsAg и антитела к ВИЧ методами, одобренными FDA (Food and Drug Administration).

Концентрация IgE **500 МЕ/мл**

КОНТРОЛЬ IgE (Control IgE) 1107053

Для использования при определении иммуноглобулина E (IgE) в сыворотке человека.

IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2–8°C.

Код: 1107053 1x2 мл

Лот (№ партии): _____ Срок хранения (Exp. Date): _____

ХАРАКТЕРИСТИКА

Контроль IgE представляет собой жидкую человеческую сыворотку. Контроль предназначен для использования в турбидиметрическом методе определения иммуноглобулина E (IgE) в сыворотке человека.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Стабилен вплоть до указанной даты (Exp. Date) при температуре 2-8°C в неповрежденной упаковке. После открытия стабильность 30 дней.

ВНИМАНИЕ

Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный результат на HBsAg и антитела к ВИЧ методами, одобренными FDA (Food and Drug Administration).

Концентрация IgE **100 МЕ/мл**