КАЛИБРАТОР МИОГЛОБИНА (myoglobin (Mb) calibrator) 1107062

Калибратор для использования при определении миоглобина в сыворотке человека.

IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2–8°C.

Код: 1107062 1x1 мл

Лот (№ партии): _____ Срок хранения (Exp.Date): _____

ХАРАКТЕРИСТИКА

Калибратор миоглобина представляет собой жидкую сыворотку человека для использования в турбидиметрическом или нефелометрическом методах определения миоглобина.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Стабилен вплоть до указанной даты при температуре 2-8°C в неповрежденной упаковке. После открытия стабильность 30 дней.

ВНИМАНИЕ

Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный результат на HBsAg и антитела к ВИЧ методами, одобренными FDA.

СОСТАВ

Калибратор миоглобина (Mb)	400 нг/мл

Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона (эти значения могут отличаться в разных партиях).

КОНТРОЛЬ МИОГЛОБИНА (myoglobin (Mb) control) 1107063

Контрольный материал для контроля правильности и воспроизводимости при определении миоглобина в сыворотке человека.

IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2–8°C.

Код: 1107063 1x2 мл

Лот (№ партии): _____ Срок хранения (Exp. Date): _____

ХАРАКТЕРИСТИКА

Контроль миоглобина представляет собой жидкую человеческую сыворотку. Контроль предназначен для использования в турбидиметрическом методе определения миоглобина в сыворотке человека.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Стабилен вплоть до указанной даты (Exp. Date) при температуре 2-8°C в неповрежденной упаковке. После открытия стабильность 15 дней.

ВНИМАНИЕ

Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный результат на HBsAg и антитела к ВИЧ методами, одобренными FDA (Food and Drug Administration).

Концентрация миоглобина (Mb) нг/мл

Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона (эти значения могут отличаться в разных партиях).