КОНТРОЛЬ МИКРОАЛЬБУМИНА (microalbumin control) 1107073

Контрольный материал для контроля правильности и воспроизводимости при определении альбумина в моче человека.

IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2–8°C.

Код: 1107073 1x2 мл

Лот (№ партии): _____ Срок хранения (Exp. Date): _____

ХАРАКТЕРИСТИКА

Контроль микроальбумина представляет собой жидкую человеческую сыворотку. Контроль предназначен для использования в турбидиметрическом методе определения альбумина в моче человека.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Стабилен вплоть до указанной даты (Exp. Date) при температуре 2-8°C в неповрежденной упаковке. После открытия стабильность 15 дней при 2-8°C или 3 месяца при -20°C.

ВНИМАНИЕ

Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный результат на HBsAg и антитела к ВИЧ методами, одобренными FDA (Food and Drug Administration).

Концентрация микроальбумина 30 мг/л

КАЛИБРАТОР МИКРОАЛЬБУМИНА (microalbumin calibrator) 1107072

Калибратор для использования при определении альбумина в моче человека.

IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2–8°C.

Код: 1107072 1x1 мл

Лот (№ партии): _____ Срок хранения (Exp. Date): _____

ХАРАКТЕРИСТИКА

Калибратор микроальбумина представляет собой лиофилизированную человеческую сыворотку. Калибратор предназначен для использования в турбидиметрическом методе определения микроальбумина в сыворотке человека.

ПОДГОТОВКА

Разведите 1,0 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 10 минут перед использованием.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Стабилен вплоть до указанной даты (Exp. Date) при температуре 2-8°C в неповрежденной упаковке. После разведения стабильность 1 месяц при 2-8°C или 3 месяца при -20°C.

ВНИМАНИЕ

Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный результат на HBsAg и антитела к ВИЧ методами, одобренными FDA (Food and Drug Administration).

Концентрация микроальбумина 200 мг/л