КАЛИБРАТОР ГЛИКОГЕМОГЛОБИНА HbA1c (HbA1c Multicalibrator) 43095

Для калибровки определения гликогемоглобина (HbA1c).
IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2–8ºC.

Код: 43095	6 флаконов
HbA1c Level 1	1x8мл
HbA1c Level 2	1x2мл
HbA1c Level 3	1x2мл
HbA1c Level 4	1x2мл
HbA1c Level 5	1x2мл
HbA1c Level 6	1x2мл

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

HbA1c Multicalibrator – это мультикалибратор человеческого происхождения, содержащий различные концентрации гликозилированного гемоглобина HbA1c, предназначен для калибровки при определении HbA1c турбидиметрическим методом. Должен быть использован в соответствии с инструкциями к методам.

РЕАГЕНТЫ

HbA1c Calibrator Level 1	Раствор щелочи, NaOH 0,4%
HbA1c Calibrator Level 2 HbA1c Calibrator Level 3 HbA1c Calibrator Level 4 HbA1c Calibrator Level 5 HbA1c Calibrator Level 6	Человеческий HbA1c. Содержит консерванты. Концентрация в г/дл обозначена в приложении к упаковке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Calibrator Level 1: Раздражающее вещество. Содержит гидроксид натрия и может быть причиной химического ожога. Использовать перчатки. При несчастных случаях промывать пораженные участки большим количеством воды и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Calibrator Level 2-6: В производстве этих материалов использована сыворотка человека. Каждый донорский материал тестирован с использованием рекомендованных FDA реагентов, имеет отрицательный результат на HBsAg и не дает реакции на антитела к ВИЧ. Однако не существует методов, которые могут полностью исключить наличие вируса СПИДа, гепатита В или других инфекционных агентов, поэтому рекомендуется, чтобы с этими продуктами обращались с такими же предосторожностями, как и с пробами пациентов.

КАЛИБРОВКА

Значения калибраторов были стандартизованы против Международного Референсного Материала HbA1c (International Reference Material HbA1c) с использованием метода HPLC (жидкостная хроматография высокого давления) для HbA1c и метода Драбкина для общего гемоглобина.

ПОДГОТОВКА

Калибраторы готовы к использованию.

Если необходимо, калибратор можно разлить на порции и заморозить при температуре -20°C. После размораживания тщательно перемешать. Повторное замораживание не допускается.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Все компоненты набора стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре хранения 2-8°C в плотно закрытых флаконах, с соблюдением мер, препятствующих контаминации при использовании. Не использовать после окончания срока хранения.

ПРОЦЕДУРА

Калибраторы не требуют подготовки.

Общий гемоглобин: этот тест выполняется с калибратором HbA1c Calibrator Level 1.

HbA1c: этот тест выполняется с калибраторами HbA1c Calibrator Level 1 – 6.

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флаконов.

Level (уровень)	HbA1c		Общий гемоглобин (г/дл)	
	(г/дл)	(г/л)	(г/дл)	(г/л)
1	0*	0	18	180
2	0,47	4,70	–	–
3	0,78	7,80	–	–
4	0,99	9,90	–	–
5	1,54	15,40	–	–
6	2,06	20,60	–	–

*) Lot: CA-62 Exp. date: 09-2005.