КОНТРОЛЬ АПОЛИПОПРОТЕИНОВ A1/B
(apolipoprotein dual control A1/B) 1004011

Для калибровки и контроля определения аполипопротеинов A1 и B
IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2–8°C.

Код: 1004011 1x2мл

ВВЕДЕНИЕ
Apolipoprotein dual control A1/B – Контроль аполипопротеинов A1/B – стабилизированная жидкая сыворотка человека, предназначена для калибровки и контроля качества в качестве пробы, и должен быть использован в соответствии с инструкциями к методам.

СТАБИЛЬНОСТЬ
Материал стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре хранения 2-8°C.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Контроль готов к использованию.
Если необходимо, контроль можно разлить на порции и заморозить при температуре -20°C. После размораживания тщательно перемешать. Повторное замораживание не допускается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
В производстве этих материалов использована сыворотка человека. Каждый донорский материал тестирован с использованием рекомендованных FDA реагентов, имеет отрицательный результат на HBsAg и не дает реакции на антитела к ВИЧ. Однако не существует методов, которые могут полностью исключить наличие вируса СПИДа, гепатита B или других инфекционных агентов, поэтому рекомендуется, чтобы с этими продуктами обращались с такими же предосторожностями, как и с пробами пациентов.

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона.
Аттестованные значения представлены в виде среднего с максимально допустимыми отклонениями.

Аполипопротеин A1 . . . . . .____	(___-____) мг/дл
Аполипопротеин B . . . . . .____	(___-____) мг/дл

КАЛИБРАТОР АПОЛИПОПРОТЕИНОВ A1/B
(apolipoprotein dual calibrator A1/B) 1004012

Для калибровки при определении аполипопротеинов A1 и B
IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2–8°C.

Код: 1004012 1x2мл

ВВЕДЕНИЕ
Калибратор аполипопротеинов A1/B – стабилизированная жидкая сыворотка человека, предназначена для калибровки, и должна быть использована в соответствии с инструкциями к методам.

СТАБИЛЬНОСТЬ
Материал стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре хранения 2-8°C.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Калибратор готов к использованию.
Если необходимо, калибратор можно разлить на порции и заморозить при температуре -20°C. После размораживания тщательно перемешать. Повторное замораживание не допускается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
В производстве этих материалов использована сыворотка человека. Каждый донорский материал тестирован с использованием рекомендованных FDA реагентов, имеет отрицательный результат на HBsAg и не дает реакции на антитела к ВИЧ. Однако не существует методов, которые могут полностью исключить наличие вируса СПИДа, гепатита B или других инфекционных агентов, поэтому рекомендуется, чтобы с этими продуктами обращались с такими же предосторожностями, как и с пробами пациентов.

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона.
Аттестованные значения представлены в виде среднего с максимально допустимыми отклонениями.

Аполипопротеин A1 . . . . . .____	(___-____) мг/дл
Аполипопротеин B . . . . . .____	(___-____) мг/дл